公告番号(機－1508C－03)

入札説明書

2015 年 8 月 19 日
独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構のウクライナ国小児病院機材整備計画フォローアップ協力（本体）向け機材の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

1 公告日　2015 年 8 月 19 日

2 契約担当役　理事 小寺 清

3 競争入札に付する事項
(1)件名：ウクライナ国小児病院機材整備計画フォローアップ協力（本体）向け機材
(2)主要調達機材名及び仕様（詳細は機材仕様明細書を参照）:シリンジポンプ他
(3)取引条件：船積渡し、仕向地渡し、現地輸送、技師派遣
(4)輸出者：受注者（但し、on behalf of JICA とする）
(5)船積（空）港：日本国内及び第三国の(空)港（受注者の手配による）
(6)仕向（空）港：オデッサ港及びボルィースピリ国際空港
(7)引渡期限：2016 年 2 月 29 日
(8)技師派遣業務： 別添技師派遣条件書のとおり
(9)技師派遣期間：2016 年 2 月上旬～2016 年 3 月下旬
(10)現地業務完了期限：2016 年 3 月 25 日
(11)履行期限：2015 年 10 月上旬～2016 年 3 月下旬

4 担当部署等
(1) 担当部署
郵便番号 102-8012
東京都千代田区二番町 5 番地 25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構
調達部契約第三課（機材調達班）
TEL: 03-5226-6643
FAX: 03-5226-6324
Email: prtm2-kizai@jica.go.jp
(2) 書類授受・提出場所送付先

ア．持参の場合

書類の授受・提出場所は、上記(1)のビル１階にある調達カウンター（調達部受付）となります。書類の授受は次の受付時間に限ります。

受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時

（ただし、午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く。）

イ．　郵送の場合

送付先を調達部契約第三課（機材調達班）宛としてください。提出期間内の必着とします。提出期限に時間指定の記載がない場合は、受付時間どおり午後５時までとします。理由の如何を問わず、提出期間内に当機構まで接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。また、締め切りを過ぎて接到した書類は無効とします。開封しなくとも内容が確認できるよう、封筒の表に公告番号及び案件名、内容物を記入してください。

ウ. FAX の場合

FAX での提出を可としている提出物の場合は、FAX 送信後に必ず電話で接到を確認してください。接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。

エ．Email の場合

Email での提出を可としている又は指定している場合は、prtm2-kizai@jica.go.jp に Email で提出してください。その他のアドレスへの送付はご遠慮ください。

5 競争参加資格

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後 2 年を経過しない者でないこと。

ア．契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者

ウ．落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ．監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

オ．正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ. 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 入札代理人を使用する場合は、(1)及び(2)の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

(4) 公示日において、平成 25・26・27 年度全省庁統一資格若しくは平成 25 年 4 月 1 日以後に国際協力機構の資格審査にて「物品の製造」の「A」又は「物品の販売」の「A」の等級に格付けされる者

(5) 上記(4)を満たさない者は、本件の競争参加資格確認申請書の提出期間中において、「資格審査のための申請手続き」（次の URL にてホームページに掲載;

http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html#a03) にもとづき、資格審査申請書及び必要書類を提出すること。

当機構は本件に限り資格審査を行い、競争参加資格を確認して格付けを付与するが、「物品の製造」の「A」又は「物品の販売」の「A」の等級に格付けされる者を本件の競争参加資格者として認める。

(6) 輸出実績を有する者

(7) 当機構から「契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規程(調)第 42 号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(9) 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応募者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効とします。

ア.応募者の役員等（応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。）である。

イ.反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。

ウ.応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。

エ.応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。

オ.応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。

カ.応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。

キ.その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）に定める禁止行為を行っている。

6 競争参加資格確認の申請

(1) 本競争の参加希望者は、参加の意思及び 5 の各号に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者は、競争に参加することができません。

ア.申請受付期限：2015 年 8 月 31 日（月）午後 5 時

イ.提出書類：

①全省庁統一資格保有者

・競争参加資格確認申請書（所定の書式）

・平成 25・26・27 年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

②全省庁統一資格保有者でない者

・競争参加資格確認申請書（所定の様式）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

・資格審査用必要書類：以下の URL 参照
http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html 別案件において既に事前資格審査を申請し、当機構からの審査結果の通知を受けた者については、その審査結果の通知内容に変更がなければ、審査結果は有効となります。この場合においては、前回当機構より通知した審査結果の通知文書の写しをご提出いただくことで、資格審査用必要書類は省略できます。

ウ.提出場所：上記４.参照

エ.提出方法：持参又は郵送（FAX、Email 不可）

(2) 競争参加資格の確認の結果は 2015 年 9 月 4 日（金）付までの文書をもって郵送にて通知します。2015 年 9 月 7 日（月）までに結果が通知されない場合は、上記４.にお問い合わせください。

(3) その他

ア.申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。

イ.当機構は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。

ウ.提出された申請書は、返却しません。

エ.提出期限以降における申請書等の差し替え又は再提出は認めません。

オ.申請書に関する問い合わせ先は、上記４.を参照ください。

7 競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は任意）により説明を求めることができます。

ア.提出期限：2015 年 9 月 10 日（木）午後５時

イ.提出場所：上記４.参照

ウ.提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) 当機構は、説明を求めた者に対し、2015 年 9 月 14 日（月）までに書面により回答します。

8 本件入札に関する質問

(1) 機材仕様明細書書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により提出してください。

ア.質問受付期限：2015 年 8 月 31 日（月）午後 5 時

イ.提出方法：当方での取りまとめの都合上、電子データでのご提出をお願いいたします。

送付先：prtm2-kizai@jica.go.jp

メールの件名に【質問】と書き、本件の公示番号と件名を記載してください。

ウ.注意:

質問受付期限を過ぎてから届いた質問に対してはお答えできませんのであらかじめ了承願います。

本件については、機材仕様明細書に参考銘柄として記載しているもの以外のものを提案したい場合は、必ず提出期間内にその銘柄のカタログを添付して採用の可否につき質問してください。

(2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

ア.2015 年 9 月 4 日（金）に以下の URL の「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては回答作成に時間を要する場合もありますが、遅くとも 2015 年 9 月 7 日までに掲示します。 http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2015.html

イ. 質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札会までに必ず確認してください。

ウ.質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。また質問がない場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。

9 辞退書の提出

(1) 資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、次に従い辞退書（所定の様式）を提出してください。

提出期限：入札執行日の前日まで

提出場所：上記４．参照

提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) (1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について不利益な取扱いを受けるものではありません。

(3) その他

ア.辞退書の提出に係る費用は、提出者の負担とします。

イ.提出された辞退書は、返却しません。

ウ.提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。

エ.辞退書に関する問い合わせ先は、上記４．参照。

10 入札執行（入札会）の日時及び場所等

(1) 日 時：2015 年 9 月 15 日（火）午後 1 時 45 分

(2) 場所:：東京都千代田区二番町 5 番地 25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 109 会議室
(3) 必要書類：入札参加に当たっては、以下の書類を持参してください。
ア.競争参加資格確認通知書（写）1 通
イ.委任状（社印及び入札会出席者の印を必ず押印）1 通（代表権を有する者が出席の場合は不要）
ウ.入札書 3 通（昀大入札回数３回）

11 入札者の失格

次のいずれかに該当するときは、当該入札者の行った入札を無効とし、当該入札者を失格とします。

(1) 競争に参加する者に必要な資格のない者は、入札会（再入札を含む。）に参加できません。
(2) 当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において、当機構が定める契約競争参加資格停止措置規程に基づいた契約競争参加資格停止措置を受けている等、上記に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者として取り扱います。
(3) 入札執行開始時刻に、間に合わなかった者は失格とし、入札執行（入札会）に参加できません。
(4) 明らかに連合によると認められる入札を行ったとき。
(5) 機構の職員の職務執行を妨害したとき。
(6) 他者の競争参加を妨害したとき。
(7) 機構の指示に従わなかったとき。

12 入札方法等

(1) 立会い入札会を行います。郵送又は FAX、Email による入札は認めません。
(2) 以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責任と費用負担で行います。
ア.機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金
イ.梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用
ウ.輸送条件書に基づく輸送にかかる費用
エ.技師派遣にかかる経費
(3) 落札決定に当たっては入札書に記載された金額をもって落札価格とします海上貨物保険料は入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。
(4) 本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、また、技師派遣にかかる経費も海外業務のため、契約金額に消費税はかかりません。
(5) 入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、

入札担当係員の指示に従い入札箱に投入してください。

ア.代表権を有する者自身による場合は、法人の名称又は商号並びに代表者名及び社印又は代表者印

イ.代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並び代表者名及び受任者（代理人）とその者の印（委任状に押印したものと同じ印鑑）

(6) 入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことができません。

(7) 入札保証金は免除します。

(8) 海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「JICA 海外向け資機材調達の手引き（高額機材）」に記載しています。本入札で使用する所定の入札書式及び一般的な配慮事項等が含まれていますので、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次の URL からダウンロードできます。
http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/ku57pq00001ojqcw-att/i20140822.pdf

13 入札書の無効

次のいずれかに該当する入札書は無効とします。その回で落札者が決まらず再度札を入れる場合（再入札）には、入札に参加できます。

(1) 入札書に入札者の記名、押印が欠けているとき。

(2) 入札金額が訂正してあり、訂正のための印が押されていないとき。

(3) 誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確なとき。

(4) 条件が付されているとき。

(5) 再入札において、入札金額が前回までの入札における昀低額と同額以上の入札をしたとき。

14 落札者の決定方法

(1) 当機構の予定価格の範囲内で昀低の価格をもって入札した者を落札者とします。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。

15 入札会手順等

(1) 入札会の手順

ア.入札会参加者の確認

各入札会参加者は、競争参加資格確認通知書（写）及び委任状（代表権を有する者が参加する場合は不要）を提出し、入札事務担当者がこれらを確
認します。入札参加者は原則として１名とします。入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求めます。

イ. 入札書の投入

各入札参加者は、所定の様式による入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。

ウ.開札及び入札書の内容

確認入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。

エ.入札金額の発表

入札事務担当者が入札金額を低い順番から読み上げます

オ.予定価格の開封及び入札書との照合

入札執行者が、予定価格を開封し昀低入札金額と照合します。

カ.落札業者の発表

入札執行者が、「落札」または「不調」を発表します。開札の結果、入札者すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに再入札を行います。再入札を２回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります、入札金額の昀も低いものから、順次随意契約の交渉を行います。

（2） 入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、上記イにおいて投入してください。

金		辞			退		円

16 内訳書の提出、契約書作成及び締結

(1) 落札者は、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り（料率は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。）を取り付け、落札価格に海上貨物保険料を加算した昀終見積書を提出するものとします。当機構は昀終見積金額を査定のうえ、契約金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当機構になります。

(2) 落札者は、入札日の翌日から起算して 7 営業日以内に内訳書を提出してください。7 営業日以内に内訳書の提出がない場合には､当該落札者を失格とすることもあります。

(3) 当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書（案）を雛型に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決裁が完了後に当機構が指定します。)
契約書（案）の雛型は、添付のとおりです。

(4) 契約保証金は免除します

17 契約締結後の提出書類

(1) 受注者は、危険品及び温度管理品について、契約締結後 30 日以内にその有無を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要な場合、受注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証明、領事査証等が必要な場合に提出を求めることがあります。

(3) 受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出が遅延したことにより発生する費用（倉庫料等）に関しては、受注者負担とします。
(4) 薬品を調達する場合は、受注者は、納品予定日の 7 営業日前までに、その有効期限を所定の様式により当機構に提出するものとします。
(5) 危険品があるときは、受注者は、契約締結後 30 日以内に、安全データシートを当機構に提出するものとします。

18 安全保障輸出管理
(1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）、輸出貿易管理令（昭和 24 年政令第 378 号）、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制該当品の有無を確認し、内訳書提出後 7 営業日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。
(2) 受注者は、輸出貿易管理令等該当品調書及び輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）を、契約締結後 30 日以内に当機構に提出するものとします。
(3) 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。
(4) 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。

19　留意事項
(1) 入札参加者は、「JICA 海外向け資機材の手引き（高額機材）」、機材調達契約約款、契約書案､機材仕様明細書他附属書類を十分理解してから入札に参加するものとします。
(2) 委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。
(3) 落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定したときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の 100 分の 10 を当機構へ支払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するとともに、該当契約を解除します。
(4) 正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りする場合があります。
ア.全品目の梱包才数、危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無について所定の期日までに提出がない場合
イ.危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効期限の判定に誤りがあった場合

ウ.全品目の梱包才数にその後の確定時と比べ大きな誤差があった場合
エ.その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合

20 情報の公表について

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとされたことに伴い、JICA でも同情報の公表を行っています。つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。

(1) 公表の対象となる契約財産の買入れの場合、160 万円を超える契約
(2) 公表の対象となる契約相手方次のいずれにも該当する契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
（注）役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の３分の１以上を占めていること
(3) 公表する情報契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。ア.当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における的終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・３分の１以上２分の１未満
・２分の１以上３分の２未満
・３分の２以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(4)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(5)情報提供の方法契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。詳細は、次のページをご参照ください。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html

以上

様式集

＜参考様式＞

【入札手続に関する様式】

□競争参加資格確認申請書
□質問様式
□委任状
□辞退書

【契約締結に関する様式】

□最終見積書
□内訳書　分割納入用
□機材調達契約約款

【契約締結後の提出書類】

□輸出貿易管理令等調書
□外国製品に関する調書
□危険品・温度管理品の確認について
□薬品の有効期限について
□仕様変更届　受注者文書
□仕様変更届　製造会社文書
□検査願書
□輸送書類提出様式・受領書
□輸送日程報告カ-ド
□技師派遣情報
□技師業務完了時立会検査記録
□業務完了報告書

以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式」「海外向け資機材の調達」「一般競争入札」よりダウンロードできます。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

＜本件指定様式＞

□入札書
□契約書

なお、宛名に理事名、件名、公告番号、公告日、入札日を記載する様式には、以下のとおり記載してください。
・宛先：独立行政法人国際協力機構　契約担当役　理事　　小寺　清
・件名：ウクライナ国小児病院機材整備計画フォローアップ協力（本体）
・公告番号：機-1508C-03
・公告日：2015年8月19日
・入札日：2015年9月15日

入　　札　　書

2015年9月15日

独立行政法人国際協力機構
　契約担当役　理事　殿

住所
商号／名称
代表者役職名・氏名
代理人　　㊞

件名：　ウクライナ国小児病院機材整備計画フォローアップ協力（本体）向け機材

　標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。

金										円

※　取引条件が「船積渡し」の機材分については、貨物海上保険料を除いた金額を記載のこと。

以上

※ 法人の名称又は商号並びに代表者名を明記して下さい。
※ 代表者が入札を行う場合は、代表者印（役職印）を押印して下さい。
※ 代理人が入札する場合は、委任状を提出の上、受任者（代理人）の氏名と押印が必要です。その場合は、代表者印（役職印）は不要です。
※ 入札価格には、以下の費用が含まれます。
　① 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金
　② 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用
　③ 輸送条件書に基づく輸送にかかる費用
　④ 技師派遣にかかる経費
※ 本件は、船積渡し機材については輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、仕向地渡し機材については第三国からの出荷です。また、技師派遣にかかる経費も海外業務なので、本件に消費税はかかりません。
※ 船積渡し機材に係る貨物海上保険料は含みませんが、落札した場合は貨物海上保険料を加算して契約金額とします。

様式２

機　材　調　達　契　約　書

１	契　約　番　号	第号
２	件　　名	ウクライナ国小児病院機材整備計画フォローアップ協力（本体）向け機材
３	物品名及び数量	別添内訳明細書のとおり
４	仕　　様	別添内訳明細書のとおり
５	取　引　条　件	船積渡し、仕向地渡し、現地輸送、技師派遣
６	船 積 （空） 港	日本・第三国の（空）港（受注者の手配による）
７	仕 向 （空） 港	オデッサ港、ボルィースピリ国際空港
８	引　渡　期　限	2016年2月29日
９	技師派遣業務	別添技師派遣条件書のとおり
10	技師派遣期間	2016年2月上旬 ～ 2016年3月下旬
11	現地業務完了期限	2016年 3月25日
12	履　行　期　間	2015年10月　日（決裁日） ～ 2016年 3月31日
13	契　約　金　額	金　　円

頭書記載の物品（以下「契約物品」という。）の調達及び技師派遣業務の実施について、発注者　独立行政法人国際協力機構　契約担当役理事　小寺　清と受注者　（会社名）　（代表者氏名）とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

（契約書の構成）

第１条　本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。

（１）機材調達契約約款（以下「約款」という。）
（２）附属書Ⅰ「内訳明細書」
（３）附属書Ⅱ「梱包条件書」
（４）附属書Ⅲ「輸送条件書」
（５）附属書Ⅳ「技師派遣条件書」

（契約業務）

第２条　受注者は、契約物品を頭書に示すところに従い調達し、発注者に引き渡さなければならない。

２　契約物品にかかる提出資料、電源仕様及び梱包の荷印については附属書Ⅰ「内訳明細書」によるものとする。

３　契約物品のうち輸出のために必要な検査を受ける必要のある物品は、受注者が検査料を負担して検査を受け、これに合格したものでなければならない。
４　受注者は、附属書Ⅱ「梱包条件書」に基づく十分な輸出梱包を施すものとする。なお、熱処理が必要な場合は処理の上、その実施に係る証明書を発注者に提出するものとする。
５　受注者は、附属書Ⅲ「輸送条件書」に基づき、契約物品にかかる輸出通関、船積等輸出手続き、輸送手配（荷卸しの手配含む。）を行うものとする。
６　受注者は、契約物品の内、船積渡し物品を対象に、発注者が締結している包括予定保険に基づき、発注者を被保険者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険を付保しなければならない。
７　受注者は、仕向地渡し物品について、仕向国における輸入許可の取得について、その要否を確認し、必要な場合は許可・承認を申請し取得する。
８　受注者は、船積渡し物品の船積完了後、船荷証券、保険証券、送り状、梱包明細書等（以下「船積書類」という。）を、仕向地渡し物品の船積完了後は、船積書類の写しを、それぞれ発注者に対し速やかに提出しなければならい。
９　受注者は、輸送途中において船積渡し物品の損害あるいは損失があった場合は、調査、発見、保険金請求手続きについて、発注者に協力しなければならない。
　また、受注者は、輸送途中において仕向地渡し物品の損害あるいは損失があった場合は、代替品の納入もしくは修理をしなければならない。また、受注者は、自ら必要と判断する場合には、仕向地での検収までに至る仕向地渡し物品の輸送、保管にかかる保険を付保する。
１０　受注者は、契約物品が仕向地に到着したことを確認し、発注者に報告しなければならない。

（引渡方法）
第３条　受注者は、機材調達契約約款第５条の検査に合格した契約物品について、発注者の指示に従い頭書に定めるところにより仕向(空)港に向けて船積を実行し、発注者が船積書類を受け取ったときをもって引渡しを完了したものとする。

（輸出管理）
第４条　受注者は、契約物品について、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)及びその他の輸出関連法規による可・承認の取得並びにアメリカ合衆国による再輸出規制による許可の取得を要するか否かを確認し、発注者に報告しなければならない。
２　発注者は、前項による許可・承認の取得を必要とする物品（以下「該当品」という。）がある場合は、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を当該許可・承認取得後まで留保するとともに、当該物品の引渡期限について別途定めることができる。
３　受注者は、該当品を輸出するため、所定の申請手続を行うものとする。発注は、受注者に対して申請に必要な書類を提出し、申請手続に協力しなければならない。
４　発注者は、該当品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取りやめ、当該物品の契約を解除す

ることができる。この場合において、当該解除によって生じる損失は受注者の負担とする。ただし、当該解除が発注者の責による場合は、発注者が必要な範囲で負担する。

５　受注者が第１項に定める報告を怠った結果生じる損害については、受注者が負担する。

（輸入通関）

第５条　仕向国における輸入通関は、荷受人又は発注者が行う。また、受注者の責に帰さない事由により生じる超過保管料は、荷受人又は発注者が負担する。

上記契約の締結を証するため、契約書２通を作成し発注者受注者両者記名押印の上各自その１通を保有するものとする。

平成　　年　　月　　日

発注者	受注者
東京都千代田区二番町5番地25	（住所）
二番町センタービル	
独立行政法人国際協力機構	（会社名）
契約担当役	（代表者役職）
理事小寺　清	（代表者氏名）

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	総則	（総則）		
		1.　電源の仕様について		
		・装置の電源に交流を使用する場合は以下に合わせること。		
		単相交流：　AC220V　50Hz、　　三相交流：　AC380V　50Hz		
		・特段の明記が無い限り、ステップダウントランスの使用は認めない。		
		・電力を使用する機器については、プラグにC型を使用した電源ケーブルを付属すること。		
		2.　更新機器・部品について		
		・更新機器について中古品は認めない。同様に交換部品、修理に使用する部品等についても中古品の使用は認めない。		
		・機器の修理に使用する部品は、メーカ若しくはメーカの正規代理店より正規品を調達すること。		
		・機器の修理・点検、整備作業はメーカの技術者若しくは、メーカーが指定した正規代理店の技術者により実施すること。		
		3.　取扱説明書は、英語版に加えロシア語版を添付すること。		
		4.　取扱説明書でロシア語がないものは、英語版説明書の中から操作上重要な部分を選び、そのロシア語訳による要約を添付すること。		
1	シリンジ・ポンプ	(1台当たりの構成)		27
		1)　シリンジポンプ本体　　1 台		
		2)　シリンジポンプ用スタンド　　1 台		
		3)　C型プラグ付電源ケーブル　　1 本		
		4)　内蔵用バッテリー　　1 個		
		5)　取扱説明書（英語、ロシア語）　　各　1 冊		
		(仕様)		
		1)　シリンジポンプ　（本体）		
		流速設定範囲：　0.1 から 199.9mL/hr の範囲以上		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	精度：±1% 以下		
		輸液全量表示： 0.1 から 999.9mL の範囲以上		
		使用シリンジサイズ： ディスポシリンジ、 10,20,50mL （ウクライナ国内で流通しているシリンジが使用出来ること。）		
		警報：装備		
		バッテリー稼働時間：2時間以上		
		電源： AC / DC 可動 （充電式バッテリー）		
		取扱説明書：英語、ロシア語		
		2) シリンジポンプ用スタンド		
		高低：調節可能な事		
		シリンジポンプ取り付け金具：装備		
		キャスター：付属		
		参考銘柄① アトムメディカル S-1235	株式会社 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	
		[構成] シリンジポンプ S-1235 （本体） 1台		
		標準付属品：C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		内蔵用バッテリー 1個		
		取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1冊		
		特別付属品：シリンジポンプ用スタンド 1本		
		参考銘柄② テルモ TE-SS700 （本体）	テルモ株式会社	
		[構成] シリンジポンプ TE-SS700 （本体） 1台		
		標準付属品：C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		内蔵用バッテリー 1個		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品：シリンジポンプ用スタンド 1本		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
3	パルスオキシメーター	(1台当たりの構成)		5
		1) パルスオキシメーター(本体) 1 台		
		2) 成人用プローブ、再使用可 2 本		
		3) 小児用プローブ、再使用可 2 本		
		4) 新生児用プローブ、ディスポーザル 5 個/1台		
		5) パルスオキシメータ接続ケーブル 1 本		
		6) C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		7) 内蔵用バッテリー 1 個		
		8) 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		(仕様)		
		測定項目		
		SpO_2 測定範囲： SpO_2、脈拍		
		脈拍測定範範囲：		
		下限 上限 ： 30 bpm 以下 240 bpm 以上		
		SpO2 警報（上限/下限設定）：装備		
		表示項目： Sp02、 脈拍数（デジタル表示）		
		表示形式： LEDまたはLCD		
		充電池 ： 装備、2時間以上の動作が可能な事。		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様		参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	取扱説明書：英語、ロシア語			
		参考銘柄①　日本光電株式式会社　OLV-2700K		日本光電株式会社	
		[構成]　パルスオキシメーター　OLV2700K（本体）	1台		
		標準付属品：成人用プローブ、再使用可	2本		
		小児用プローブ、再使用可	2本		
		新生児用プローブ、使い捨て	5個/1台		
		パルスオキシメータ接続ケーブル	1本		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		内蔵用バッテリー	1個		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：成人用プローブ、再使用可	1個		
		小児用プローブ、再使用可	1個		
		新生児用プローブ、使い捨て	5個		
		取扱説明書（ロシア語要約）	1冊		
		参考銘柄②　コビデン　N-BSJ		コビデンジャパン株式会社　（コビデンウクライナ）	
		[構成]　パルスオキシメーター　N-BSJ（本体）			
		標準付属品：成人用プローブ、再使用可	2本		
		小児用プローブ、再使用可	2本		
		新生児用プローブ、使い捨て	5個/1台		
		パルスオキシメータ接続ケーブル	1本		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		内蔵用バッテリー	1個		
		取扱説明書（英語、ロシア語）	1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
4	ふらん器	(1台当たりの構成)		1
		1) ふらん器(本体) 1 台		
		2) 棚板 2 枚 以上		
		3) 交換用ヒータ 1 個 以上		
		4) C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		5) 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		(仕様)		
		熱対流方式		
		温度		
		温度範囲： 室温+5℃ から 60℃ 以上		
		制御： マイクロプロセッサー制御		
		表示： デジタル表示		
		安全装置：装備		
		タイマー：装備		
		棚： 付属すること		
		容量： 250 L 以上		
		扉： 二重ガラス扉で有る事		
		取扱説明書：英語、ロシア語		
		参考銘柄① アルプ株式会社 ITD-80	アルプ株式会社	
		[構成] ふらん器 ITD-80 (本体) 1台		
		標準付属品：棚板 2枚		
		交換用ヒータ 1本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語 1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
		参考銘柄②　アドバンテック東洋株式会社　TVN680TA	アドバンテック東洋株式会社	
		[構成]　ふらん器　TVN680TA（本体 1台		
		標準付属品：棚板 4枚		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品：交換用ヒータ板 1式		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
5	ペーハーメーター	(1台当たりの構成)		2
		1)　ペーハーメータ　(本体) 1 台		
		2)　電極セット（ケーブル、コネクター含） 1 組		
		3)　電極支持器セット 1 組		
		4)　pH標準液（pH4.01, pH6.86, KCL） 1 式		
		5)　C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		6)　取扱説明書（英語、ロシア語） 各　1 冊		
		(仕様)		
		タイプ：　卓上型		
		操作・表示ユニット：　マイクロプロセッサー制御		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	表示： デジタル		
		測定範囲及び分解能：		
		pH： 0 から 14 pH、 0.01pH 刻み		
		mV： ±1,000mV、 1mV		
		温度： 0℃ から 100℃, 0.1℃ 刻み		
		取扱説明書：英語、ロシア語		
		参考銘柄① 東亜ディケーケ-株式会社 MH-25R	東亜ディケーケー 株式会社	
		[構成] ペーハーメーター MH-25R （本体） 1台		
		標準付属品：電極セット（ケーブル、コネクター含） 1組		
		電極支持器セット 1組		
		pH標準液（pH4.01, pH6.86, KCL各種） 1式		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品：電極セット（ケーブル、コネクター含） 1組		
		pH標準液（pH4.01, pH6.86, KCL各種） 1式		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
		参考銘柄② 株式会社堀場製作所 F-72G	株式会社堀場製作所	
		[構成] ペーハーメーター F-72G（本体） 1台		
		標準付属品：電極支持器セット 1組		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品：電極セット（ケーブル、コネクター含） 1組		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	pH標準液（pH4.01，pH6.86，KCL各種） 1式		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
6	患者監視装置	(1台当たりの構成)		8
		患者監視装置（本体） 1 台		
		SpO2 接続コード 1 本		
		ECG 電極接続リード 1 本		
		成人用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		小児用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		新生児用 SpO2 測定センサー、使い捨て 5 個		
		体温測定接続ケーブル 1 本		
		成人・小児用体温測定センサー 1 個		
		成人用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		小児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		新生児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		充電式バッテリー 1 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て 150 個		
		ECG 電極（小児用）、使い捨て 150 個		
		ECG 電極（新生児用）、使い捨て 150 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て 300 個		
		カート 1 台		
		C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	(仕様)		
		測定項目　：　ECG、呼吸数、SpO_2、NIBP、体温		
		トレース数　：　5 本またはそれ以上		
		ECG		
		心拍数測定範囲　：下限30 bpm 以下、上限250 bpm 以上		
		呼吸数		
		測定方式　：　インピーダンス式		
		測定範囲　：　3 から 100 bpm 以上		
		SpO2		
		測定範囲　：　最低 50 % 以下, 最大 100 %		
		NIBP（非観血式血圧）		
		測定方式　：　オシロメトリック式		
		測定範囲　：　最低25 mmHg以下、最大260 mmHg以上		
		体温測定範囲　：　20 ℃ から 45 ℃ またはこれを含む大きい範囲		
		警報　：　装備		
		表示　：　カラーモニター　8インチ以上		
		助細動器対策　：　装備		
		電源　：　AC / DC 駆動（DC駆動は、充電式バッテリーによる）		
		カート　：　装備、キャスター付		
		取扱説明書：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　日本光電株式会社　PMV-2701	日本光電株式会社	
		[構成]　　患者監視装置（本体）　　PMV-2701　（本体）		
		標準付属品：　SpO2 接続コード　　1 本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	ECG 電極接続リード 1 本		
		成人用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		小児用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		新生児用 SpO2 測定センサー、使い捨て 5 個		
		体温測定接続ケーブル 1 本		
		成人・小児用体温測定センサー 1 個		
		成人用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		小児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		新生児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		充電式バッテリー 1 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て 150 個		
		ECG 電極（小児用）、使い捨て 150 個		
		ECG 電極（新生児用）、使い捨て 150 個		
		カート 1 台		
		C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		取扱説明書：(英語、ロシア語) 各 1 冊		
		特別付属品： SpO2 接続コード 1 本		
		ECG 電極接続リード 1 本		
		成人用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		小児用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		新生児用 SpO2 測定センサー、使い捨て 5 個		
		体温測定接続ケーブル 1 本		
		成人・小児用体温測定センサー 1 個		
		成人用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	小児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可　1 個		
		新生児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可　1 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て　300 個		
		参考銘柄②　フクダ電子株式会社　DS-8100	フクダ電子株式会社	
		［構成］　患者監視装置　DS-8100　（本体）		
		標準付属品：　SpO2接続コード　1 本		
		ECG 電極接続リード　1 本		
		成人用SPO2測定センサー、再使用可　1 個		
		小児用SPO2測定センサー、再使用可　1 個		
		新生児用SPO2測定センサー、使い捨て　5 個		
		体温測定接続ケーブル　1 本		
		成人・小児用体温測定センサー　1 個		
		成人用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可　1 個		
		小児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可　1 個		
		新生児用血圧測定用カフ及びチューブ、使い捨て　1 個		
		充電式バッテリー　1 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て　150 個		
		ECG 電極（小児用）、使い捨て　150 個		
		ECG 電極（新生児用）、使い捨て　150 個		
		カート　1 台		
		C型プラグ付電源ケーブル　1 本		
		取扱説明書（英語）　1 冊		
		特別付属品：　SpO2 接続コード　1 本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	ECG 電極接続リード 1 本		
		成人用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		小児用 SpO2 測定センサー、再使用可 1 個		
		新生児用 SpO2 測定センサー、使い捨て 5 個		
		体温測定接続ケーブル 1 本		
		成人・小児用体温測定センサー 1 個		
		成人用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		小児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		新生児用血圧測定用カフ及びチューブ、再使用可 1 個		
		ECG 電極（成人用）、使い捨て 300 個		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
7	吸引器	(1台当たりの構成)		2
		1) 吸引機(本体) 1台		
		2) 吸引瓶、蓋付き 2本		
		3) 吸引チューブ（アダプター付） 1本		
		4) 吸引カテーテル、12 Fr および 14 Fr 各100本		
		5) C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		6) 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1冊		
		（仕様）		
		最大吸引圧： 0 から -90 kPa 以上		
		圧ゲージ： 付		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	オーバーフロー防止機能： 付		
		最大吸引量： 40 L/min 以上		
		ボトル容量合計： 5,000 ml 以上		
		吸引カテーテル： 12 Fr および 14 Fr		
		キャスター付きスタンド： 装備		
		取扱説明書：英語、ロシア語		
		参考銘柄① 株式会社興伸産業 TAF-6000FD	株式会社興伸産業	
		[構成] 吸引器（本体） TAF-6000FD （本体） 1台		
		標準付属品： 吸引瓶、蓋付き 2本		
		吸引チューブ(アダプター付) 2本		
		吸引カテーテル、12 Fr および 14 Fr 各100本		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品： 取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
		参考銘柄② アコマ医科工業株式会社 SB-10mkⅡ	アコマ医科工業 株式会社	
		[構成] 吸引器（本体） SB-10mkⅡ（本体） 1台		
		標準付属品：吸引瓶、蓋付き 2本		
		吸引チューブ(アダプター付) 2本		
		吸引カテーテル、12 Fr および 14 Fr 各100本		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
8	吸引器（卓上型）	（1台当たりの構成）		7
		1） 吸引器（卓上型） 本体 1 台		
		2） 吸引瓶、蓋付き 2 本		
		3） 吸引チューブ（アダプター付） 1 本		
		4） 吸引カテーテル、10 Fr および 12 Fr 各50個		
		5） C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		6） 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		（仕様）		
		タイプ： ポータブル型、取っ手付		
		最大吸引圧： 0 から -500mmHg（-67kPa ）それ以上の範囲		
		圧ゲージ： 付		
		オーバーフロー防止機能：付		
		重量： 7 kg以内		
		ボトル容量合計： 1,000 から 1,500 ml		
		吸引カテーテル： 10 Fr および 12 Fr		
		取扱説明書： 英語、ロシア語		
		参考銘柄① 株式会社三幸製作所 Minic-S-2 M2-1400	株式会社三幸製作所	
		[構成] 吸引器（本体） Minic-S-2 M2-1400 1台		
		標準付属品： 吸引瓶、蓋付き 2本		
		吸引チューブ（アダプター付） 1本		
		吸引カテーテル、10 Fr および 12 Fr 各50個		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品： 吸引瓶、蓋付き 5本		
		吸引チューブ（アダプター付） 2本		
		吸引カテーテル、10 Fr および 12 Fr 各100本		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
		参考銘柄② 株式会社ブルークロス・エマージェンシー BM-1500W	株式会社 ブルークロス・エマージェンシー	
		[構成] 吸引器（本体） BM-1500W （本体） 1台		
		標準付属品： 吸引瓶、蓋付き 2本		
		吸引チューブ（アダプター付） 1本		
		吸引カテーテル、10 Fr および 12 Fr 各50個		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品： 吸引瓶、蓋付き 5本		
		吸引チューブ（アダプター付） 2本		
		吸引カテーテル、10 Fr および 12 Fr 各100本		
		取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
9	血球計数装置	（1台当たりの構成）		1
		1) 血球計測装置本体 1 台		
		2) 試薬セット(希釈液、試薬、洗浄液を含む) 6 カ月分 1 組		
		3) プリンター（内臓タイプも可） 1 台		
		4) 記録紙（プリンタ専用） 10巻		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	5)　C型プラグ付電源ケーブル　1 本		
		6)　取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1 冊		
		(仕様)		
		タイプ　：　卓上型、自動測定器、シアン・フリー		
		表示　：　LCD による		
		測定パラメータ　：　18項目或いはそれ以上		
		RBC　：　RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW 以上」		
		WBC　：　LY, LY%, MO, MO%, Gr, Gr% 以上		
		PLT　：　PLT, PDW, MPV, 以上		
		サンプル容量(全血に対して)　：　50μl 以下		
		処理容量　：　1 時間あたり40 サンプル以上		
		プリンター：　サーマル式、またはマトリックスプリンター		
		試薬セット：　ウクライナ国内で入手できること		
		参考銘柄①　エルマ販売　PCE-210N	エルマ販売株式会社	
		[構成]　血球計数装置　PCE-210N　（本体）　1台		
		標準付属品：試薬セット(希釈液、試薬、洗浄液を含む)　1組		
		プリンター（内臓）		
		記録紙　10巻		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語）　1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約）　1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	参考銘柄②　シスメックス株式会社　XP-100	ｼｽﾒｯｸｽ株式会社	
		［構成］　血球計数装置　XP-100　　（本体）　1台		
		標準付属品：試薬セット(希釈液、試薬、洗浄液を含む)　1組		
		プリンター(内臓)		
		記録紙　10巻		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語）　1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約）　1冊		
10	顕微鏡	（1台当たりの構成）		8
		1)　顕微鏡　（本体）　1 台		
		2)　接眼レンズ　1 組		
		3)　対物レンズ　4 個		
		4)　フィルター　1 組		
		5)　カバー　1 枚		
		6)　油浸オイル　40ml以上		
		7)　C型プラグ付電源ケーブル　1 本		
		8)　取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1 冊		
		(仕様)		
		対物レンズ用リボルバー　：　4 以上		
		双眼鏡筒		
		視野数　：　20㎜ 以上		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	目の幅調整機能　：　装備		
		鏡筒傾斜角　：　25°以上		
		サンプル台		
		クロストラベル幅　：　75mm（X軸方向）以上、25mm（Y軸方向）以上		
		焦点　：　30mm（Y軸方向）以上		
		倍率　：　同軸粗密焦点調整		
		コンデンサー　：　アッベ式、またはアクロマット式		
		接眼レンズ(双眼)　：　10x　視野数20mm　以上(2個)		
		対物レンズ		
		形式　：　プランアクロマットまたは同等品		
		拡大　：　4或いは 5x、10x、40x、100x(油式) 各 1 個		
		光源　：　高輝度LED		
		イマージョンオイル：　40 ml以上		
		取扱説明書　：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　ニコン　ECLIPSE E200	ニコン株式会社	
		[構成]　顕微鏡　ECIPSE E200　（本体構成品を含む）　1台		
		標準付属品　ダストカバー　1枚		
		油浸オイル(40 ml)　1本		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
		参考銘柄②　オリンパス　CX23LED	オリンパス株式会社 株式会社	
		[構成]　顕微鏡　CX23LED　（本体構成品を含む）　1台		
		標準付属品　ダストカバー　1枚		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	油浸オイル（8ml） 5本		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		取扱説明書（英語） 1冊		
		特別付属品： 取扱説明書（ロシア語要約） 1冊		
11	恒温水槽	（1台当たりの構成）		2
		恒温水槽（本体） 1 台		
		温度制御装置 1 台		
		水槽 1 台		
		ストップウォッチ 1 個		
		C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		（仕様）		
		温度調整装置		
		温度範囲 ： 室温 +7 ℃ ～ 最高 80 ℃ または以上の範囲		
		攪拌機能 ： 装備		
		水槽		
		容量 ： 20 L 以上		
		観察窓 ： 2 重ガラス製		
		ストップウオッチ ： アナログタイプ		
		取扱説明書： 英語、ロシア語		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様		参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	参考銘柄①　アドバンテック東洋　TBN302DA		アドバンテック東洋株式会社	
		[構成]　　恒温水槽　TBN302DA　（本体）	1台		
		標準付属品：温度制御装置	1台		
		水槽	1台		
		ストップウォッチ	1個		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約）	1冊		
		参考銘柄②　ヤマト科学　BK300		ヤマト科学株式会社	
		[構成]　　恒温水槽　BK300(本体)	1台		
		標準付属品：温度制御装置	1台		
		水槽	1台		
		ストップウォッチ	1個		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：取扱説明書（ロシア語要約）	1冊		
12	消化器内視鏡（軟性）	（1台当たりの構成）			1
		1）胃ファイバースコープ、成人用	1 式		
		2）生検鉗子	1 本		
		3）把持鉗子	1 本		
		4）インジェクター	1 本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	5) サイトロジーブラシ　1 本		
		6) クリーニングブラシ　1 本		
		7) マウスピース　1 個		
		8) 胃ファイバースコープ、小児用　1 式		
		9) 生検鉗子　1 本		
		10)把持鉗子　1 本		
		11)インジェクター　1 本		
		12)サイトロジーブラシ　1 本		
		13)チャンネルクリーニングブラシ　1 本		
		14)マウスピース　1 個		
		15)水タンク　1 式		
		16)光源装置　1 式		
		17)ビデオシステム，カメラコントロールユニット　1 式 （ビデオカメラセット、接続レンズ用レンズホルダー、レンズ、メディカルレコーダーを含む）		
		18)TVモニター　1 式		
		19)移動式カート／ラック　1 台		
		20)C型プラグ付電源ケーブル　1 本		
		21)取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1 冊		
		（仕様）		
		胃ファイバースコープ、成人用		
		最低視野範囲　：　100°		
		外径（ディスタルエンド）　：　9.7 または 9.8 mm		
		曲げ部		
		上部　：　最低 200°		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	上部 ： 最低 90°		
		右／左 ： 最低 100°		
		作業長 ： 1,025mm から 1,100mm		
		内径（鉗子チャネル） ： 最低 2.8 mm		
		胃ファイバースコープ、小児用		
		最低視野範囲 ： 100° または 105°		
		外径（ディスタルエンド ： 最大 9.1 mm		
		曲げ部		
		上部 ： 最低 200°		
		下部 ： 最低 90°		
		右／左 ： 最低 100°		
		作業長 ： 1,025 mm から 1,100 mm		
		内径（鉗子チャネル） ： 最大 2.2mm		
		光源装置		
		ランプ ： キセノン		
		輝度コントロール ： 装備		
		ビデオシステム，カメラコントロールユニット		
		カメラコントロールユニット ： NTSC/PAL		
		テレビシステム ： 装備		
		自動白バランス ： 装備		
		カメラヘッド		
		VTR ユニット ： 装備		
		TVモニター		
		カラーシステム ： NTSC/PAL		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	モニターサイズ　：　20インチ		
		移動式カート／ラック		
		棚　：　光源／ビデオ／モニターが個別に収納可		
		内視鏡ハンガー　：　1個装備		
		キャスター　：　4 個(2 個はブレーキ付)		
		キセノンランプ　：　4 個		
		取扱説明書：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　ホヤ株式会社ﾍﾟﾝﾀｯｸｽﾗｲﾌｹｱｰ事業部 FG-29V/FG-24V	ホヤ株式会社 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽﾗｲﾌｹｱｰ事業部	
		[構成]　消化器内視鏡(軟性) FG-29V/FG-24V（本体一式）		
		標準付属品：水タンク　1式		
		光源装置　1式		
		ビデオシステム，カメラコントロールユニット　1式 （ビデオカメラセット、接続レンズ用レンズホルダー、レンズ、メディカルレコーダーを含む）		
		TVモニター　1式		
		移動式カート／ラック　1台		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
		参考銘柄②　ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社　GIF-E3/GIF-XPE3	ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社	
		[構成]　消化器内視鏡(軟性)　GIF-E3/GIF-XPE3(本体一式)		
		標準付属品：水タンク　1式		
		光源装置　1式		
		ビデオシステム，カメラコントロールユニット　1式 （ビデオカメラセット、接続レンズ用レンズホルダー、レンズ、メディカルレコーダーを含む）		
		TVモニター　1式		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	移動式カート／ラック　1台		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
13	超音波ネブライザ	（1台当たりの構成）		6
		1)　超音波式ネブライザー(本体)　1 台		
		2)　スタンド　1 台		
		3)　薬液ビンおよびビン支持具　1 式		
		4)　吸入ホース　1 式		
		5)　成人並びに小児用吸入マスク　各 2 組		
		6)　バクテリアフィルター　5 枚/1 組		
		7)　帯電フィルター　5 枚/1 組		
		8)　薬液カップ又は、ネブライザ・チャンバー　10 個/式 または 1 個/式		
		9)　C型プラグ付電源ケーブル　1 本		
		10）取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1 冊		
		（仕様）		
		噴霧量　：　3ml/分以上		
		ミスト・サイズ　：　約 1～8ミクロン		
		タイマー　：　装備、30分以上		
		取扱説明書：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　興伸産業株式会社　CONFORT 2000KU-400	興伸産業株式会社	

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様		参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	[構成] ネブライザー CONFORT 2000KU-400（本体）	1台		
		標準付属品：スタンド	1台		
		薬液ビンおよびビン支持具	1式		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：薬液カップ	2個		
		バクテリアフィルター	5枚/１組		
		吸入ホース	3本		
		ネブライジングチャンバー	1個		
		成人並びに小児用吸入マスク	各10個		
		マウスピース	5個/１組		
		取扱説明書(ロシア語要約)	１冊		
		参考銘柄② アコマ医科工業株式会社 Misty		アコマ医科工業 株式会社	
		[構成] ネブライザー Misty（本体）	1台		
		標準付属品：スタンド	1台		
		薬液ビンおよびビン支持具	1式		
		吸入ホース	1本		
		成人並びに小児用吸入マスク	1式		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：バクテリアフィルター	25個/組		
		ネブライジングチャンバー	1個		
		取扱説明書(ロシア語要約)	１冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
14	超音波診断装置	(1台当たりの構成)		3
		1) 超音波診断装置(ｶﾗｰﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ) 本体 1 台		
		2) プローブケーブルハンガー 1 本		
		3) プローブ A 1 本		
		4) プローブ B 1 本		
		5) プローブ C 1 本		
		6) プローブ D 1 本		
		7) ジェル (3.0 Kg/式) 1 本		
		8) プリンター 1 台		
		9) 記録紙 (180 m/式) 1 巻		
		10) フットスイッチ 1 個		
		11) C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		12) 取扱説明書 (英語、ロシア語) 各 1 冊		
		(仕様)		
		適用 : 汎用および心臓用		
		表示モード : B、B/B、B/M、 M		
		プローブコネクター : 3 個以上		
		計測機能 : 距離、範囲、外周、容量、角度、心機能、産科計算機能など		
		(計測ソフト)		
		イメージメモリー機能 :装備		
		モニター : 15インチ以上、カラー、FDP、画面の傾斜機能付き		
		画像調整(付属プローブAからDに対して)		
		マルチ周波数、ワイドバンド、イメージ選択のいずれか		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	プローブA		
		使用目的　：　腹部検査及び一般内科用		
		形式　：　電子コンベックス		
		メイン周波数　：　3.0 から 4.0 MHｚの範囲		
		スキャン角度　：　60° から 90° の範囲		
		プローブB		
		使用目的　：　表皮、小器官の検査用		
		形式　：　リニア		
		メイン周波数　：　7.0 から 8.0 MHｚの範囲		
		スキャン幅　：　56 ㎜以上		
		プローブC		
		使用目的　：　婦人科検査用		
		形式　：　経腟プローブ		
		メイン周波数　：　5.0　から 6.0 Mhzの範囲い		
		プローブD		
		使用目的　：　新生児頭部		
		形式　：　コンベックス		
		メイン周波数　：　3.0 から 6.0 Mhzの範囲		
		プリンター：　サーマル式、白黒印刷用 （内臓型、台車組込み型の何れも可）		
		取扱説明書：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社　TSU-A400（APLI0400）	東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社	
		［構成］　超音波診断装置　TSU-400（本体）　１台		
		標準付属品：プローブケーブルハンガー　１本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	プローブ A　1本		
		プローブ B　1本		
		プローブ C　1本		
		プローブ D　1本		
		ジェル　：　3.0 kg／式 x 3 式 ＝ 9.0 kg		
		記録紙　：　180 m／式 x 3 式 ＝ 540 m		
		フットスイッチ　1個		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
		参考銘柄②　日立アロカメディカル株式会社	日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ 株式会社	
		［構成］　超音波診断装置　Prosound ALPHA7（本体）　1台		
		標準付属品：プローブケーブルハンガー　1本		
		プローブ A　1本		
		プローブ B　1本		
		プローブ C　1本		
		プローブ D　1本		
		ジェル　：　3.0 kg／式 x 3 式 ＝ 9.0 kg		
		記録紙　：　180 m／式 x 3 式 ＝ 540 m		
		フットスイッチ　1個		
		C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
15	電気メス	(1台当たりの構成)		9
		1) 電気メス(本体) 1 台		
		2) ケーブル付フットスイッチ（モノポーラ、バイポーラ） 各1 個		
		3) ケーブル付患者電極プレート、リユーザブル 1 枚		
		4) ケーブル付電極ホルダー（スイッチ付、スイッチ無） 各1 本		
		5) 電極セット（10 種/組） 1 組		
		6) バイポーラ電極、 直 1 本		
		7) バイポーラ電極、 曲 1 本		
		8) バイポーラ電極用接続ケーブル 1 本		
		9) カート(キャスター付) 1 台		
		10) C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		11) 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		（仕様）		
		出力回路 ： フロート式		
		出力制御 ： フットスイッチ、指先スイッチによる		
		患者プレート電極安全装置 ： 装備		
		出力		
		切開 ： 250 W 以上		
		凝固 ： 120 W 以上		
		混合 ： 2 段階変換以上		
		凝固出力（バイポーラ） ： 18 W 以上		
		患者プレート ： 再使用可		
		警報 ： 装備		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	取扱説明書　：　英語、ロシア語		
		参考銘柄①　CONTACT　ECONT-0202.2	CONTACT	
		［構成］　電気メス　ECONT-0202.2（本体）　1台		
		標準付属品：C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
		特別付属品：ケーブル付電極ホルダー　1本		
		ケーブル付フットスイッチ（モノポーラ、バイポーラ）各1 個		
		ケーブル付患者電極プレート、リユーザブル　1 枚		
		ケーブル付電極ホルダー（スイッチ付、スイッチ無）　各1 本		
		電極セット（10 種/組）　1組		
		バイポーラ電極、 直　1 本		
		バイポーラ電極、 曲　1 本		
		バイポーラ電極用接続ケーブル　1 本		
		カート(キャスター付)　1 台		
		参考銘柄②　アコマ医科工業株式会社　ACUTOR SRⅡ	アコマ医科工業 株式会社	
		［構成］　電気メス　ACUTOR SRⅡ（本体）　1台		
		標準付属品：C型プラグ付電源ケーブル　1本		
		取扱説明書（英語）　1 冊		
		特別付属品：ケーブル付電極ホルダー　1本		
		ケーブル付フットスイッチ（モノポーラ、バイポーラ）各1 個		
		ケーブル付患者電極プレート、リユーザブル　1 枚		
		ケーブル付電極ホルダー（スイッチ付、スイッチ無）　各1 本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	電極セット (10 種/組) 1 組		
		バイポーラ電極、 直 1 本		
		バイポーラ電極、 曲 1 本		
		バイポーラ電極用接続ケーブル 1 本		
		カート(キャスター付) 1 台		
		取扱説明書(ロシア語要約) 1 冊		
16	腹腔鏡	(1台当たりの構成)		2
		1) テレスコープ A 1 本		
		2) テレスコープ B 1 本		
		3) ライトガイド、プラグ式 1 式		
		4) トロカーチューブ A 3 本		
		5) トロカー A 3 本		
		6) トロカーチューブ B 3 本		
		7) トロカー B 3 本		
		8) リダクションチューブ、 10/11mm - 5/5.5mm 2 本		
		9) スペアフラップ A 100 個		
		10)シールキャップ A 100 個		
		11)スペアフラップ B 100 個		
		12)シールキャップ B 100 個		
		13)アダプター、ルアーコック付オス型、X型 3 個		
		14)ユニポーラ、高周波ケーブル 1 本		
		15)カニューラ 1 個		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様		参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	16)把持鉗子A	1 本		
		17)把持鉗子B	1 本		
		18)把持鉗子C	1 本		
		19)把持鉗子D	1 本		
		20)把持鉗子E	1 本		
		21)把持鉗子F	1 本		
		22)把持鉗子G	1 本		
		23)生検鉗子A	3 本		
		24)剪刀A	3 本		
		25)クリップアプリケーター(クリップ付き、100個、M)	3 本		
		26)持針器, 直	1 本		
		27)持針器,曲	1 本		
		28)バイポーラ、高周波ケーブル	1 本		
		29)バイポーラ鉗子、ハンドル付、スリーブ	1 組		
		30)剪刀、フック	1 本		
		31)ロングフック電極	1 本		
		32)スパチュラ電極	1 本		
		33)吸引・灌流チューブ	1 本		
		34)クリーニングブラシ(4 種類/ 組)	1 組		
		35)患者プレート、ケーブル付	1 枚		
		36)蓋付器具トレイ	1 個		
		37)インサートトレイ A	1 個		
		38)インサートトレイ B	1 個		
		39)蓋	2 個		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	40)気腹セット 1 組 (本体ケーブル付、ガスホース、ガスチューブA、ガスチューブB、操作ペダル、フィルター10pcsを含む)		
		41)電気メス、(フットスイッチ、カート付) 1 台		
		42)光源、キセノン 1 台		
		43)ビデオシステム、CCDカメラ・モニタ・DVDレコーダ付 1 台		
		44)キャスタ付トロリ 1 台		
		45)C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		46)取扱説明書(英語、ロシア語) 各 1 冊		
		(仕様)		
		1)テレスコープ A : 5mm、 0° 28cm以上		
		2)テレスコープ B : 5mm、30° 28cm以上		
		3)ライトガイド: 3.5mm以上、180cm以上		
		4)トロカーチューブ A : 10 から 11 mm, ストップコック付		
		6)トロカーチューブ B : 5.5 から 6mm, ストップコック付		
		8)リダクションチューブ : 10/11mm から 5/5.5mm		
		9)スペアフラップ A : 10 から 11mm		
		10)シールキャップ A : 7 mm		
		11)スペアフラップ B : 5 から 5.5mm		
		12)シールキャップ B : 3.5 から 5.5mm		
		14)ユニポーラ、高周波ケーブル:5mm、300cm以上		
		15)カニューラ : 12 cm 以上		
		16)把持鉗子A : 5 mm x 27 cm 以上		
		17)把持鉗子B : 5 mm x 31 cm 以上		
		18)把持鉗子C : クロウ式		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	19)把持鉗子D　:　アトラウマチック，フラット		
		20)把持鉗子E　:　マンヘス		
		21)把持鉗子F　:　クラコダイル		
		22)把持鉗子G　:　マンヘス		
		23)生検鉗子 A　:　ユニポーラ、直		
		24)剪刀 A　:　メッチェンバウム		
		28)バイポーラ、高周波ケーブル　:　300cm以上		
		30)剪刀、フック　:　5 mm x 31cm 以上		
		31)ロングフック電極　:　5 mm x 33cm 以上		
		32)スパチューラ電極　:　5 mm x 33cm 以上		
		33)吸引・灌流　:　2 箇所のストップコック付		
		37)インサートトレイ A　:　2 本のテレスコープ用		
		38)インサートトレイ B　:　4 本のトロカー用		
		39)蓋　:　インサートトレイ用		
		40)インサフレーションセット		
		ガス種類　:　CO2		
		流量　:　調整可		
		表示　:　圧力表示		
		フットスイッチ　:　装備		
		41)電気メス		
		出力　:　200 W 以上		
		出力モード　:　モノポーラ／バイポーラによる切開、凝固		
		出力タイプ　:　カット2種、 バイポーラ 3種		
		42)光源、キセノン		

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	ランプ　：　キセノン		
		輝度制御　：　装備		
		43)ビデオシステム		
		方式　：　PAL に準拠		
		モニタ　：　19インチ以上		
		46)取扱説明書　：英語、ロシア語		
		参考銘柄①　KARL STORZ　　26046AA他	KARL STORZ	
		[構成]　腹腔鏡　　26046AA他		
		テレスコープA 、B　　１本		
		ライトガイド, プラグ式　　１本		
		トロカーチューブ A、B　　各3本		
		トロカー A、B　　各3本		
		リダクションチューブ、 10/11mm - 5/5.5mm　　2本		
		スペアフラップ A、B　　各100個		
		シールキャップ A、B　　各100個		
		アダプター、ルアーコック付オス型、X型　　3個		
		ユニポーラ、高周波ケーブル　　1本		
		カニューラ　　1個		
		把持鉗子A　－　G　　各1本		
		生検鉗子A　　3本		
		剪刀A　　3本		
		クリップアプリケーター(クリップ付き、100個、Mサイズ)3本		
		持針器, 直, 曲　　1本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	バイポーラケーブル、高周波ケーブル　1本		
		バイポーラ鉗子、ハンドル付、スリーブ　1組		
		剪刀、フック　1本		
		ロングフック電極　1本		
		スパチュラ電極　1本		
		吸引・灌流チューブ　1本		
		クリーニングブラシ(4 種類/ 式)　1組		
		患者プレート、ケーブル付　1枚		
		蓋付器具トレイ　1個		
		インサートトレイ A、B　各1個		
		蓋　2個		
		気腹セット　1組 (本体ケーブル付、ガスホース、ガスチューブA、B、操作ペダル、フィルター10pcsを含む)		
		電気メス（フットスイッチ、カート付）　1台		
		光源、キセノン　1台		
		ビデオシステム、CCDカメラ・モニタ・DVDレコーダ付　1台		
		キャスタ付トロリー　1台		
		取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1冊		
		参考銘柄②　ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃﾑｽﾞ株式会社　WA50372B他	ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃﾑｽﾞ 株式会社	
		[構成]　腹腔鏡　WA50372B他		
		テレスコープA 、B　１本		
		ライトガイド，プラグ式　１本		
		トロカーチューブ A、B　各3本		
		トロカー A、B　各3本		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	リダクションチューブ、 10/11mm - 5/5.5mm 2本		
		スペアフラップ A、B 各100個		
		シールキャップ A、B 各100個		
		アダプター、ルアーコック付オス型、X型 3個		
		ユニポーラ、高周波ケーブル 1本		
		カニューラ 1個		
		把持鉗子A - G 各1本		
		生検鉗子A 3本		
		剪刀A 3本		
		クリップアプリケーター(クリップ付き、100個、Mサイズ)3本		
		持針器, 直, 曲 1本		
		バイポーラケーブル、高周波ケーブル 1本		
		バイポーラ鉗子、ハンドル付、スリーブ 1組		
		剪刀、フック 1本		
		ロングフック電極 1本		
		スパチュラ電極 1本		
		吸引・灌流チューブ 1本		
		クリーニングブラシ(4 種類/ 式) 1組		
		患者プレート、ケーブル付 1枚		
		蓋付器具トレイ 1個		
		インサートトレイ A、B 各1個		
		蓋 2個		
		気腹セット 1組 (本体ケーブル付、ガスホース、ガスチューブA、B、操作ペダル、フィルター10pcsを含む)		
		電気メス（フットスイッチ、カート付） 1台		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	光源、キセノン 1台		
		ビデオシステム、CCDカメラ・モニタ・DVDレコーダ付 1台		
		キャスタ付トロリー 1台		
		取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1冊		
17	分光光度計	(1台当たりの構成)		3
		1) 分光光度計 (本体) 1 台		
		2) プリンター（内臓型も可）、ケーブル、電源を含む。 1 台		
		3) 記録紙 10 巻/台		
		4) ポンプチューブセット 2 式		
		5) シッパーチューブ 2 式		
		6) ランプ 3 個		
		7) C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		8) 取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1 冊		
		9) ダストカバー 1 枚		
		(仕様)		
		波長レンジ : 340 から 700 nm 或いはそれ以上の範囲		
		波長幅 : 14 nm以下		
		使用試薬 : オープンタイプ		
		キュベットタイプ : フォローセル又は、キュベット		
		表示 : LCD		
		プリンター : サーマル式又は、ドットプリンター		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様		参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	取扱説明書　：　英語、ロシア語			
		参考銘柄①　エルマ販売株式会社　AE-600		エルマ販売株式会社	
		[構成]　　分光光度計　本体　　AE-600	1台		
		標準付属品：記録紙	1巻		
		ランプ	2個		
		ローラーポンプチューブ	1本		
		廃液ビンセット	1本		
		洗浄液（250ml）	1本		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：シリコン（ローラ）チューブセット	8本		
		アスピレーション（シッパー）チューブ	8本		
		記録紙	80巻		
		取扱説明書(ロシア語要約)	1冊		
		参考銘柄②　株式会社アペル　PD-303S		株式会社アペル	
		[構成]　　分光光度計　本体　　PD-303S	1台		
		標準付属品：スクエアーキュベット	2個		
		ラウンドキュベット	10個		
		ダストカバー	1枚		
		C型プラグ付電源ケーブル	1本		
		取扱説明書（英語）	1冊		
		特別付属品：プリンター（ケーブル、電源付）	1台		
		記録紙	20 巻		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	つづき	ランプユニット 4個		
		取扱説明書(ロシア語要約) 1冊		
18	保育器	(1台当たりの構成)		5
		保育器 (本体) 1 台		
		キャスター付キャビネット 1 式		
		マットレス 1 枚		
		体温測定センサー 1 個		
		空気清浄用フィルター 1 枚		
		アクセスポートカバー 2 個		
		点滴用ポール、取り付け金具付 1 式		
		収納引き出し (3個) 1 式		
		C型プラグ付電源ケーブル 1 本		
		酸素センサー 2 個		
		酸素用ホース 5m		
		取扱説明書 (英語、ロシア語) 各 1 冊		
		防塵カバー 1 枚		
		(仕様)		
		温度制御方式 : サーボ/マニュアル 制御		
		保育器庫内温度設定 (以下の範囲をカバーすること)		
		最低 - 最高 : 26℃ - 37℃		
		皮膚温度設定 (以下の範囲をカバーすること)		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	最低 - 最高 ： 35℃ - 37℃		
		表示方式 ： デジタル表示		
		温度表示内容 ： 皮膚温度、設定温度、庫内温度		
		警報 ： 皮膚温度異常 庫内温度異常、センサー異常、電源異常		
		湿度制御 ： サーボ		
		設定範囲 ： 40%～85%以上		
		アクセスポート数 ： 5 箇所以上		
		体温測定センサー ： 2 個/式 x 8 式 = 16 個		
		フィルター ： 5 枚/式 x 8 式 = 40 枚		
		アクセスポート・カバー ： ポート数＋2枚/式		
		取扱説明書 ： 英語、ロシア語		
		参考銘柄① 株式会社ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ Incu i	株式会社 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	
		［構成］ 保育器 本体 101 Incu I 1台		
		標準付属品： キャスター付キャビネット 1台		
		マットレス 1枚		
		体温測定センサー 1個		
		空気清浄用フィルター 1枚		
		アクセスポートカバー 2枚		
		防塵カバー 1枚		
		C型プラグ付電源ケーブル 1本		
		酸素センサー 2個		
		酸素用ホース 5m/1本		
		取扱説明書（英語、ロシア語） 各 1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	参考銘柄①　中村医科工業株式会社　H-2000LCS-ICU	中村医科工業 株式会社	
		［構成］　保育器　本体　H-2000LCS-ICU　１台		
		標準付属品：　キャスター付キャビネット　1台		
		マットレス　1枚		
		体温測定センサー　1個		
		空気清浄用マイクロフィルター　5枚/組		
		アクセスポートカバー　2枚		
		点滴用ポール、取り付け金具付　1本		
		C型プラグ付電源ケーブル　１本		
		酸素センサー　2個		
		酸素用ホース　5m/1本		
		取扱説明書（英語）　1冊		
		特別付属品：　取扱説明書（ロシア語要約）　1冊		
19	輸液ポンプ	（1台当たりの構成）		16
		1)　輸液ポンプ　1 台		
		2)　輸液スタンド(クランプ金具付)　1 台		
		3)　C型プラグ付電源ケーブル　１本		
		4)　内蔵用バッテリー　1 個		
		5)　取扱説明書（英語、ロシア語）　各　1 冊		
		（仕様）		
		1)　輸液ポンプ		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	つづき	必要バッテリー稼働時間　：2 時間以上		
		流量範囲　：　下限1mL 以下、上限9,999mL以上		
		増加量　：　１ｍｌ		
		精度　：　±10%以下		
		警報　：　詰り，扉開放、充電量低下、気泡		
		表示　：　流速、合計流速		
		輸液セット　：　ウクライナ国内で入手できること		
		電源　：　AC / DC 可動（充電式バッテリーによる）		
		取扱説明書　：　英語、ロシア語		
		2)　輸液スタンド		
		キャスター　：装備		
		高さ　：調節可能な事		
		輸液ポンプ取り付け金具　：　装備		
		銘柄指定　　テルモ株式会社　　TE-LF600	テルモ株式会社	
		［構成］　　輸液ポンプ（本体）　　TE-LF600　　1台		
		標準付属品：C型プラグ付電源ケーブル　　1本		
		内蔵用バッテリー　　1個		
		取扱説明書（英語）　　1冊		
		特別付属品：輸液スタンド　　1本		
		取扱説明書（ロシア語要約）　　1冊		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
部品供給				
機器に使用する部品は、メーカの正規品を調達すること。 21、23、24、26、32、33については、ロシア語またはウクライナ語による交換手順書を添付すること。				
20	スパイロメータ	AS-507用マウスピース、ディスポ　100　個/袋 x 5 袋 = 500 個 AS-507用記録紙 20 巻/箱 x 5 箱 = 1 式	ミナト医科学 株式会社	1
21	乾熱滅菌器	KMD-100HM用交換ヒーター （ステンレスシースヒーター）5 本/台 = 1 式	アルプ株式会社	1
22	患者監視装置	UM-300用SPO2ケーブル　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
		UM-300用ECGケーブル　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
		UM-300用SPO2プローブ成人用、再使用可　1 個/1台 x 14 台 = 14 個	UTAS	14
		UM-300用SPO2プローブ小児用、再使用可　1 個/1台 x 14 台 = 14 個	UTAS	14
		UM-300用SPO2プローブ新生児用、使い捨て　10 個/1台 x 14 台 = 140 個	UTAS	140
		UM-300用温度センサープローブ成人、小児用　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
		UM-300用NIBPカフホース付成人用　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
		UM-300用NIBPカフホース付小児用　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
		UM-300用NIBPカフホース付新生児用　1 本/1台 x 14 台 = 14 本	UTAS	14
23	光線治療機	PIT-220TLR用交換ランプ（Parts No.:60295）　15 本/台 x 5 台 = 75 個	株式会社 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	75
24	手術用顕微鏡 （眼科用）	OMS-800Standard用交換ランプ（Parts No. 456254061+456267320 ）	株式会社トプコン	5
25	心電計	UCARD100用患者用電極（胸部用）　1 式/台 x 4 台 = 4 式	UTAS	4
		UCARD100用患者用電極（手足用）　1 式/台 x 4 台 = 4 式	UTAS	4
		UCARD100用電極接続ケーブル　1 式/台 x 4 台 = 4 式	UTAS	4

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
26	分光光度計	AE600用フローセル　1 式/台 x 3 台 = 3 式	エルマ販売株式会社	3
27	保育器	V-2100GHL-A用静電フィルター (F-6E)　(Parts No.:60322) 5箱/台x7台 = 35 箱	株式会社 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	35
28	無影灯 A	Cosmic Libra n6664用交換ランプ (Parts No.:#SH40) 13 個/台 x 13台 = 169 個	山田医療照明 株式会社	169
29	無影灯 B	AS-0805用交換ランプ　(Parts No.: ハロゲンバルブ24V 50W) 13 個/台 x 5 台 = 65 個	第一照明株式会社	65
30	無影灯 (移動型) A	Cosmic n51用交換ランプ　(Parts No.:#SH40)　4 個/台 x 4 台 = 16 個	山田医療照明 株式会社	16
31	無影灯 (移動型) B	AS-04S+600EBS用交換ランプ　(Parts No.: ハロゲンバルブ24V 50W) 4 個/台 x 1 台 = 4 個	第一照明株式会社	4
32	麻酔器 (人工呼吸器付)	PERSEO+NEPTUNE　(3台)	Siare Enginnering	
		100145/IDFセファフローレン気化器交換　1 式/台 x 3台 = 3 式		3
		E75000004 酸素センサー(ケーブル付) 交換　1 式/台 x 3台 = 3 式		3
33	人工呼吸器	SIARETRON 3000ICU　(6台)	Siare Enginnering	
		E75000004 酸素センサー(ケーブル付) 交換　1 式/台 x 6台 = 6 式		6
部品供給、修理・点検				
34	X線診断装置 A (移動式)	MUX-100H　(1台/式)		1
		官球交換 (Parts No.: 0.7U163CS-36)		
		内臓バッテリー交換 (Parts No.: 移動式X線装置 MUX-100H用交換バッテリー)		
		上記修理点検整備 1 式		
	メーカ名	島津製作所		
	連絡先	海外事業開発部医用ユニットアジアグループ		
	担当者	近藤		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	電話	03 3219 5653		
	FAX	03 3219 5790		
	メール	yusuke-k@shimadzu.co.jp		
35	X線診断装置 B （移動式）	SM-20HF-B　（2台/式）		1
		管球交換（Parts No.： E7865X ）		
		内臓バッテリー交換　(Parts No.： Battery Fiamm 9Ah with terminals)		
		上記 2 台　修理点検整備 1 式		
	メーカ名	BMI, Teleoptic		
	連絡先	Teleoptic Ltd		
	担当者	Kovalenko Yuriy		
	電話	380 44 503 0439		
	FAX	380 44 503 0439		
	メール	teleoptic-ua@yandex.ua		
36	X線診断装置（一般）	KRDC-03-Alpha　(1台/式)		1
		管球交換　(Parts No.： LTN-50 (E7252X))		
		高圧発生機交換　(Parts No.： REX-650RF)		
		位置決め装置　(Parts No.:BLD-150RK)		
		制御装置交換　(Parts No.： REXC-650RF)		
		上記 1 台　修理点検整備　1 式		
	メーカ名	BMI, Teleoptic		
	連絡先	Teleoptic Ltd		
	担当者	Kovalenko Yuriy		
	電話	380 44 503 0439		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	FAX	380 44 503 0439		
	メール	teleoptic-ua@yandex.ua		
37	インファント ・ウォーマ	V-505　（6台/1式）		1
		蘇生ユニット交換　(Parts No.: 94272)		
		温度センサー交換　(Parts No.: 60883)		
		上記 6 台　修理点検整備　1 式		
	メーカ名	株式会社アトムメディカルインターナショナル		
	連絡先	輸出課		
	担当者	永井		
	電話	03 3815 2941		
	FAX	03 3812 4080		
	メール	nagai@atom-ami.co.jp		
38	オートクレーブ A	NSV-M06　（3台/1式）		1
		滅菌装置不良部品交換、蒸気発生装置不良部品交換、軟水化装置不良部品交換		
		部品交換修理作業 1 式。以下に部品番号を示す。		
		Parts No.KT-30BS-2, 125EBS 1/2(15A),150EBN-N1/2,DBVT-12D(15A)		
		Parts No. CA2TF63-Y6002-715, APK-11-15A-C4N-AC100V, S-COSR-BTS1/2,SCI-8,ME-50,		
		Parts No. DUG1/4B(PF)X72X0.4MPｻｸﾗ, DUG1/4(PF)x72X0.4MaX-0.1ｻｸﾗ		
		Parts No. Z96-4200,給水ポンプ,YS1/2#80, YS3/4#80,ヒータエレメント、 ヒーターパッキン		
		Parts No. 水位制御、水位制御、スミカイオンKC210 6L、ディストリビューター、スクリーン		
		調整試運転		
	メーカ名	サクラ精機株式会社		
	連絡先	国際事業推進ユニットプロジェクトチーム		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	担当者	細木		
	電話	03 3270 1684		
	FAX	03 3270 2779		
	メール	k.hosogi@sakurjp.com		
39	オートクレーブ B	PS/Q36/EH320　　(2台/1式)		1
		滅菌装置不良部品交換,滅菌装置不良部品交換,蒸気発生装置不良部品交換		
		軟水化装置不良部品交換, 部品交換修理作業。以下に部品番号を示す。		
		(Parts No. VAC/LRP/MED, GAT/QCS/SAF, VFL/ACS/TNK,KEY/SLK/001,)		
		(Parts No. SWI/ACS/40A, PC/WSC/010, TAC/PCB/001, TAC/POW/001,)		
		(Parts No.VVC/ACS/015,VVC/ACS/022, VNR/ACS/015, VNR/ACS/022, HTR/MID/C40)		
		調整試運転		
	メーカ名	Priorcolave		
	連絡先	Technical Services Manage		
	担当者	William Farrell		
	電話	020 8316 6620		
	FAX	020 8855 0616		
	メール	wfarrell@priorclave.co.uk		
40	麻酔器 （人工呼吸器付）	Neptune　　(6台/1式)		1
		気化器交換、酸素センサー交換。以下に部品番号を示す。		
		(Parts No.： 657525000,127480000,)		
	つづき	(Parts No.： 600003000,650056000,220070000,91313000,97072100,40057100)		
		(Parts No. ：40057200,22007520, 150002000,074282000,668202000)		
		点検整備		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカ名等)	数量
	メーカ名	Medico		
	連絡先	Profimed		
	担当者	Mr.Mykhaylo bozhko		
	電話	380 44 496 0367		
	FAX	380 44 496 0367		
	メール	bozhko@profimed.com.ua		
41	麻酔器（人工呼吸器付,患者監視装置付）	PRO-45/PRO-45V　(6台/1式)		1
		気化器交換　(Vaporizer MK-III (Sevoflurane, Block Type)：　204-11-34		
		酸素センサー交換 (Oxygen sensor (OS-B3MA)：　104-47-50)		
		酸素センサーケーブル交換 (Cable for oxygen sensor：　104-47-51)		
		点検整備		
	メーカ名	アコマ医科工業株式会社		
	連絡先	輸出部		
	担当者	福岡		
	電話	03 3816 6911		
	Fax	03 3814 3845		
	メール	i.fukuoka@acoma-medical.co.jp		
42	人工呼吸器（新生児用）	e360S　　(3台/1式)		1
		患者回路交換、 酸素センサー交換 1 式。以下に部品番号を示す。		
		(Parts No.： BCS22820P, 113329, PMK360A, OVL360A)		
	つづき	点検整備		
	メーカ名	Newport Medical		
	連絡先	Paramed		
	担当者	Yevgeniy Nikitin		

機材仕様明細書

ウクライナ国小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査

番号	機材名	仕様	参考銘柄 （メーカ名等）	数量
	電話	380 44 581 1360		
	FAX	380 44 581 1361		
	メール	yevgeniy.nikitin@paramed.com.ua		